

# PROTOCOL medisch-technische handeling



## Visusonderzoek (huisartspraktijk)

VOORBEREIDING		JA	NEE
1	Sieraden van handen en polsen verwijderen, kapsel en kleding correct	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Benodigde materialen: visuskaart, aanwijsstokje, lensjes van S+0,5 D en S-0,5 D, stenopeïsche opening, afdekbil	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Informeer de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zonodig toestemming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UITVOERING		JA	NEE
4	Informeer naar bril of contactlenzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Zorg voor de juiste kaart en de juiste afstand tot de kaart	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Onderzoek eerst het rechteroog, tenzij al bekend is dat dit het slechte oog is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Laat het oog dat niet onderzocht wordt afdekken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Wijs de eerste en laatste letters of symbolen aan, te beginnen met de bovenste regel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Ga naar de volgende regel als alle aangewezen letters/symbolen goed herkend worden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Ga bij een fout een regel terug naar boven en laat de letters of symbolen van die regel één voor één door de patiënt benoemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Bij eenmaal een onjuiste benoeming geldt deze regel nog als correct waargenomen, bij tweemaal wordt de regel erboven genoteerd als correct waargenomen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Bepaal de visus opnieuw met respectievelijk een lensje van S+0,5 D en S-0,5 D bij een gevonden visus tussen 0,2 en 1,0; bij een visus van 1,0 of meer en klachten alleen met S+0,5 D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	Gebruik de stenopeïsche opening als er geen verbetering van de visus is bij het gebruik van de beide lensjes en bepaal nogmaals de visus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	Herhaal de stappen 7 t/m 13 voor het andere oog	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NAZORG		JA	NEE
15	Ruim de materialen op de juiste manier op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	Noteer de uitslag in het EMD, bij de plaatjeskaarten als een breuk en bij alle andere kaarten als decimaal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGEMEEN		JA	NEE
17	Werk hygiënisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	Werk methodisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beoordelingsprotocol bij Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten (ISBN 978 90 368 0918 4)